



ҮНДЭСНИЙ ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТӨВИЙН
ДАРГЫН ТУШААЛ

2024 оны 03 сарын 18 өдөр

Дугаар 4/60

Улаанбаатар хот

Итгэмжлэх тухай

Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.3.1 дэх заалт, итгэмжлэлийн техникийн хорооны 2024 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдрийн дүгнэлтийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. MNS ISO/IEC 17025:2018 стандартын шаардлага хангасан "Мэргэ ван" ХХК-ийн сорилт шинжилгээний лабораторийг хавсралтад заасан итгэмжлэлийн хүрээний тодорхойлолтын дагуу 2024 оны 03 дүгээр сарын 18-ны өдрөөс эхлэн 4 (дөрөв) жилээр итгэмжилсүгэй.
2. "Мэргэ ван" ХХК-тай итгэмжлэлийн гэрээ байгуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар (Г.Дамдинжав)-т даалгасугай.
3. Албан үүргээ гүйцэтгэхэд ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн, үүсч болзошгүй нөхцөлд албан үүргээ гүйцэтгэхээс татгалзаж, энэ тухай бичгээр мэдэгдэхийг холбогдох албан тушаалтнуудад үүрэг болгосугай.

ДАРГА

С.НЯМ-ЭРДЭНЭ

13340205

Үндэсний итгэмжлэлийн төвийн даргын
2024 оны 02 дүгээр сарын 02 - ны
өдрийн 1/6 дугаар тушаалын хавсралт

"МЭРГЭ ВАН" ХХК-ИЙН СОРИЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИЙН
ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ХҮРЭЭНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Хуудас 01/01

Гүйцэтгэж байгаа сорилтын төрөл	Сорилт хийх бүтээгдэхүүн, материал, зүйлийн нэр	Тодорхойлогдох үзүүлэлт	Сорилтын арга, аргачлал
Хими	ТС-1 Тийрэлтэт хөдөлгүүрийн түлш-	Хувийн жин (г/ см³)	MNS 0481:1988
		Механик хольц (г)	MNS ASTM D 5452-2014
		Кинематик зууралдлага 20°C (мм²/с)	MNS 0480:1984
		Кинематик зууралдлага -40°C (мм²/с)	MNS 0480:1984
		Битүү тигельд дөл үүсгэх температур (°C)	MNS 0333:2010
		Усанд уусдаг хүчил шүлт	MNS 0324:2010
		Хүчиллэг чанар, хүчлийн тоо (мг)	MNS 0334:1996
		Бодит давирхай (мг)	MNS 0477:1996
		Талст үүсгэх температур (°C)	MNS ASTM.D2386:2008
		Зэс хавтгайн туршилт	MNS 2160:2005
		Найрлагын бүрэлдэхүүн (°C)	MNS 3405:2012
		Цахилгаан дамжуулах чанар (пСм/м)	MNS ASTM D 2624-2014
		Нийт хүүхрийн хэмжээ %	MNS 4294:16
		Тортоггүй дөлийн өндөр (мм)	MNS ISO 3014:2000