



ҮНДЭСНИЙ ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТӨВ

ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ

Дугаар **ML 35**

ISO 15189:2024 (MNS ISO 15189:2022)
стандартын шаардлагыг хангасан

**Баянгол дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн
Нэгдсэн лабораторийг**

(Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 18-р дугаар хороо, Жалханз хутагт Дамдинбазрын гудамж, өөрийн байр)

**хавсралтад заасан итгэмжлэлийн хүрээнд
сорилт гүйцэтгүүлэхээр итгэмжлэв.**


Энэ итгэмжлэл нь тодорхойлсон хүрээнд сорилт гүйцэтгэх техникийн чадавхитай бөгөөд лабораторийн чанарын менежментийн тогтолцоотой болохыг (ISO-ILAC-IAF-ын 2021 оны хамтарсан мэдэгдлийг үндэслэн) гэрчилнэ.

Анх итгэмжлэл авсан огноо:
2026.01.14

Олгосон огноо: 2026.01.14
Хүчинтэй огноо: 2028.01.13

ДАРГА

С.НЯМ-ЭРДЭНЭ



0000049





ҮНДЭСНИЙ ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТӨВИЙН ДАРГЫН ТУШААЛ

2026 оны 01 сарын 15 өдөр

Дугаар А/8

Улаанбаатар хот

Итгэмжлэх тухай

Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.3.1 дэх хэсэг, 21 дүгээр зүйлийн 21.1 дэх хэсэг, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн эрх ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Эрүүл мэндийн сорилтын лабораторийн техникийн хорооны 2026 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хуралдааны тэмдэглэлд зааснаар MNS ISO 15189:2024 стандартын шаардлага хангасан Баянгол дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн Нэгдсэн лабораторийг хавсралтад заасан итгэмжлэлийн хүрээний тодорхойлолтын дагуу 2028 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдөр хүртэл 2 (хоёр) жилээр итгэмжилсүгэй.

2. “Баянгол дүүргийн Эрүүл мэндийн төв”-тэй гэрээ байгуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар (З.Мөнхбат)-т даалгасугай.

3. Албан үүргээ гүйцэтгэхэд ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн, үүсч болзошгүй нөхцөлд албан үүргээ гүйцэтгэхээс татгалзаж, энэ тухай бичгээр мэдэгдэхийг холбогдох албан тушаалтнуудад үүрэг болгосугай.

ДАРГА



С.НЯМ-ЭРДЭНЭ

1326010019

Үндэсний итгэмжлэлийн төвийн даргын
2026 оны 01 дугаар сарын 5-ны өдрийн
тоот тушаалын 4 хавсралт

**БГДЭМТ-ИЙН НЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН ТАСГИЙН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН
ХҮРЭЭНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ**

Хуудас 01/06

Сорилтын төрөл, Аппарат	Шинжлэгдэх бүтээгдэхүүн объектын жагсаалт	Тодорхойлох үзүүлэлтүүд	Сорилт туршилтын арга аргачлал, НТББ-ийн жагсаалт
1	2	3	4
Биохими	Ийлдэс	Альбумин /ALB/	Энзимик колориметрийн арга Бүрэн автомат анализатор Mindray BS-600M
		Нийт уураг /TP/	Биурет- Фотометрийн арга Бүрэн автомат анализатор Mindray BS-600M
		АЛАТ /ALT/	Энзимик колориметрийн арга Бүрэн автомат анализатор Mindray BS-600M
		АСАТ /AST/	Энзимик колориметрийн арга Бүрэн автомат анализатор Mindray BS- 600M
		Нийт билирубин /TBIL/	Колориметрийн диазо шинжилгээний арга Бүрэн автомат анализатор Mindray BS-600M
		Шууд билирубин /DBIL/	Колориметрийн диазо шинжилгээний арга Бүрэн автомат анализатор Mindray BS-600M
		Шүлтлэг фосфотаза /ALP/	Колориметрийн арга Бүрэн автомат анализатор Mindray BS-600M
		ГГТ /GGT/	Колориметрийн арга Бүрэн автомат анализатор Mindray BS-600M
		Глюкоз /GLU/	Энзиматик шинжилгээний арга Бүрэн автомат анализатор Mindray BS-600M
		Фосфор /P/	Аммони молибдат арга Бүрэн автомат анализатор Mindray BS-600M
		Нийт холестерин /TC/	Колориметрийн арга Бүрэн автомат анализатор Mindray BS-600M
		Триглицерид /TG/	Фермент колориметрийн арга Бүрэн автомат анализатор Mindray BS-600M
		Лактатдегидрогеназа /LDH/	Энзиматик шинжилгээний арга Бүрэн автомат анализатор Mindray BS-600M
		Амилаза /AMY/	Энзимик колориметрийн арга Бүрэн автомат анализатор Mindray BS-600M

1	2	3	4
		Креатинин /Crea/	Фермент колориметрийн арга Бүрэн автомат анализатор Mindray BS-600M
		Мочевин /BUN/	Фермент колориметрийн арга Бүрэн автомат анализатор Mindray BS-600M
		Шээсний хүчил /UA/	Фермент колориметрийн арга Бүрэн автомат анализатор Mindray BS-600M
	Бүхэл цус	Глюкозжсон гемоглобин /HbA1c/	Энзимийн фотометрийн арга Бүрэн автомат анализатор Mindray BS-600M
Серологи	Ийлдэс	HIV эсрэг бие	Хурдавчилсан арга
		Syphilis эсрэг бие	Хурдавчилсан арга
		Syphilis эсрэг бие	Фермент холбоот эсрэг биеийн урвал ELISA уншигч Urit-660
		HIV эсрэг бие	Фермент холбоот эсрэг биеийн урвал ELISA уншигч Urit-660
		Syphilis сийвэнгийн хурдавчилсан урвал /RPR/	Трепонемийн бус урвал
		Syphilis эсрэг бие /TPHA/	Шууд бус наалдуулах урвал
Гематологи, иммуно- гематологи	Венийн судасны цус, ийлдсэнд	Цусны ABO бүлэг, Резус бүлэг	Наалдуулах урвал, хуруу шилний арга
		Цусны резус бүлгийн эсрэгтөрөгч	Наалдуулах урвал, хуруу шилний арга
		Цусны хувийн тохироог хуруу шилний аргаар тодорхойлох	Наалдуулах урвал, хуруу шилний арга
		Протромбины хугацаа /PT/ Зориудаар идэвхижүүлсэн тромбопластины хугацаа /APTT/ Тромбины хугацаа /TT/ Фибриноген /FIB/	Электрон соронзон бүлэгнэлт болон хромогений арга Бүрэн автомат анализатор Mindray C-3100

1	2	3	4
Гематологи	Бүхэл цус	<i>RBC</i>- улаан эс <i>HCT</i>- гематокрит <i>MCV</i>- улаан эсийн дундаж эзэлхүүн <i>RDW-CV</i>- улаан эсийн тархалтын өргөн (хэлбэлзлийн коэффициент) <i>RDW-SD</i>- улаан эсийн тархалтын өргөн (стандарт хазайлт) <i>HGB</i>- гемоглобин <i>MCH</i>- улаан эсэд агуулагдах гемоглобины дундаж <i>MCHC</i>- улаан эсэд ноогдох гемоглобины дундаж концентраци <i>PLT</i>- ялтас эс <i>MPV</i>- ялтас эсийн дундаж эзэлхүүн <i>PCT</i>- ялтас эсийн цусны нийт эсэд эзлэх хувь <i>PDW</i>- ялтас эсийн тархалтын өргөн <i>WBC</i>- цагаан эс <i>NEU%</i>- нейтрофилийн хувь <i>LYM%</i>- Лимфоцитийн хувь <i>MON%</i>- Моноцитийн хувь <i>EOS%</i>- Эозинофилийн хувь <i>BAS%</i>- Базофилийн хувь <i>NEU#</i> - нейтрофилийн тоо <i>LYM#</i> - лимфоцитийн тоо <i>MON#</i> - моноцитийн тоо <i>EOS#</i> - эозинофилийн тоо <i>BAS#</i> - базофилийн тоо <i>ESR#</i> - улаан эсийн тунах хурд	Хагас дамжуулагч лазертай урсгал ометрийн арга Бүрэн автомат анализатор Mindray BC-780, Sysmex XN-550

1	2	3	4
Клиник хими	Шээсэнд	Сахар Билирубин Кетон Улаан эс Уураг Уробилиноген Цагаан эс Хувийн жин Витамин С Нитрит	Туузан хроматографын арга, фотометрийн арга Бүрэн автомат анализатор Mindray EU-5600
		Цагаан эс Улаан эс Эпитель Гиалин Бактер Ангилалдаагүй давс Цагаан эсийн бөөгнөрөл Мөөгөнцөр Салс Сперм	Бичил харуурын арга. Фотометрийн арга Бүрэн автомат анализатор Mindray EU-5600
Иммунол оги Maglumi 800	Ийлдэс	Антистрептолизин О /ASO/	Наалдуулах урвал
		Ц урвалж уураг /CRP/	Наалдуулах урвал
		Ревматойд фактор /RF/	Наалдуулах урвал
		Прокалцитонин /PCT/	Иммунохимилюминесценсийн арга Бүрэн автомат Maglumi 800
		Витамин Д /Vit D/	Иммунохимилюминесценсийн арга Бүрэн автомат Maglumi 800
		Чөлөөт тироксин /FT4/	Иммунохимилюминесценсийн арга Бүрэн автомат Maglumi 800
		Чөлөөт триодотиронин /FT3/	Иммунохимилюминесценсийн арга Бүрэн автомат Maglumi 800
		Тироид өдөөгч даавр /TSH/	Иммунохимилюминесценсийн арга Бүрэн автомат Maglumi 800

1	2	3	4
Иммунологи Maglumi 800	Ийлдэс	<i>Troponin I</i> Тропонин	Иммунохимиллюминесценсий н арга Бүрэн автомат Maglumi 800
		<i>HBsAg</i> эсрэг бие	Хурдавчилсан арга Бүрэн автомат Maglumi 800
		<i>HCV</i> эсрэг бие	Хурдавчилсан арга Бүрэн автомат Maglumi 800
		<i>AFP</i>	Иммунохимиллюминесценсий н арга Бүрэн автомат Maglumi 800
		<i>PIVKA</i>	Иммунохимиллюминесценсий н арга Бүрэн автомат Maglumi 800
		<i>CEA</i>	Иммунохимиллюминесценсий н арга Бүрэн автомат Maglumi 800
		<i>CA-125</i>	Иммунохимиллюминесценсий н арга Бүрэн автомат Maglumi 800
		<i>fPSA</i>	Иммунохимиллюминесценсий н арга Бүрэн автомат Maglumi 800
		<i>CYPRA 21-4</i>	Иммунохимиллюминесценсий н арга Бүрэн автомат Maglumi 800
		<i>NSE</i>	Иммунохимиллюминесценсий н арга Бүрэн автомат Maglumi 800
		<i>CA-72.4</i>	Иммунохимиллюминесценсий н арга Бүрэн автомат Maglumi 800
		<i>CA-19.9</i>	Иммунохимиллюминесценсий н арга Бүрэн автомат Maglumi 800
ELISA Urit-660	Ийлдэс	<i>HBsAg</i>	Фермент холбох урвал ELISA уншигч Urit-660
		<i>HCV</i>	Фермент холбох урвал ELISA уншигч Urit-660
		<i>Syphilis</i> эсрэг бие	Фермент холбоот эсрэг биеийн урвал ELISA уншигч Urit-660
		<i>HIV</i> эсрэг бие	Фермент холбоот эсрэг биеийн урвал ELISA уншигч Urit-660
Молекул биологи	Хамар залгиурын арчдас	Flu A	Бодит хугацааны ПГУ-ын арга ПГУ-ын BioRad CFX96 аппарат
		Flu B	
		Sars-CoV-2	
		RSV	