



Дугаар TL 163

ISO/IEC 17025:2017 (MNS ISO/IEC 17025:2018)
стандартын шаардлагыг хангасан

**“Эрчис ойл” ТӨХХК-ийн Шатахууны хангамж,
байгууламжийн албаны шатахууны
Чанар хяналтын лаборатори**

(Хаяг: Төв аймаг, Сэргэлэн сум, Эрдэнэ-Уул баг, Тахилт толгой, "Чингис хаан ОУНБ")

хавсралтад заасан итгэмжлэлийн хүрээнд сорилт гүйцэтгүүлэхээр итгэмжлэв.

Энэ итгэмжлэл нь тодорхойлсон хүрээнд сорилт гүйцэтгэх техникийн чадавхитай бөгөөд лабораторийн чанарын менежментийн тогтолцоотой болохыг (ISO-ILAC-IAF-ын 2017 оны хамтарсан мэдэгдлийг үндэслэн) гэрчилнэ.

Анх итгэмжлэл авсан огноо:
2021.10.11

Олгосон огноо: 2025.07.31
Дуусах огноо: 2027.12.12

ДАРГА

С.НЯМ-ЭРДЭНЭ



APAC
ASIA PACIFIC
ACCREDITATION COOPERATION



0002194



ҮНДЭСНИЙ ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТӨВИЙН ДАРГЫН ТУШААЛ

2025 оны 07 сарын 31 өдөр

Дугаар А/178

Улаанбаатар хот

Итгэмжлэгдсэн байгууллагын нэр солих тухай

Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.3.1 дэх заалт Үндэсний итгэмжлэлийн төвийн "Итгэмжлэлийн үйл явцын журам MNAS P701"-ын 10 дугаар бүлгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. "Иргэний нисэхийн үндэсний төв" харьяа Шатахуун хангалтын албаны үйл ажиллагаа, үндсэн хөрөнгийг Засгийн газрын 2025 оны 116 дугаар "Үл хөдлөх балансад шилжүүлэх тухай" тогтоолоор Монгол улсын хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээтэй /дугаар 000184592, регистрийн дугаар 6561802/ "Эрчис ойл" ТӨХХК-нд 2025 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар болгон шилжүүлсэн тул итгэмжилсэн тушаал, итгэмжлэлийн гэрчилгээг "Эрчис ойл" ТӨХХК-ийн Шатахуун хангамж, байгууламжийн албаны Шатахууны чанар хяналтын лаборатори болгон өөрчлөн хавсралтад заасан итгэмжлэлийн хүрээний тодорхойлолтын дагуу 2027 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийг хүртэл итгэмжилсүгэй.


2. Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан Үндэсний Итгэмжлэлийн төвийн даргын 2023 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/234 дүгээр тушаалыг хүчингүй болгосугай.

3. "Эрчис ойл" ТӨХХК-тай итгэмжлэлийн гэрээг шинэчлэн байгуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар (З.Мөнхбат)-т даалгасугай.

4. Албан үүргээ гүйцэтгэхэд ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн, үүсч болзошгүй нөхцөлд албан үүргээ гүйцэтгэхээс татгалзаж, энэ тухай бичгээр мэдэгдэхийг холбогдох албан тушаалтнуудад үүрэг болгосугай.

ДАРГА

С.НЯМ-ЭРДЭНЭ



1325010489

Үндэсний итгэмжлэлийн төвийн даргын
2025 оны 07 дугаар сарын 31. – ны өдрийн
А/178 дугаар тушаалын 1-р хавсралт

**“ЭРЧИС ОЙЛ” ТӨХХК-ИЙН ШАТАХУУНЫ ЧАНАР ХЯНАЛТЫН
ЛАБОРАТОРИЙН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ХҮРЭЭНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ**

Хуудас 01/02

№	Гүйцэтгэж байгаа сорилтын төрөл	Сорилт хийх бүтээгдэхүүн, материал, зүйлийн нэр	Тодорхойлох үзүүлэлт	Сорилтын арга, аргачлал
0	1	2	3	4
1	Химийн шинжилгээ	Жет А-1. Хийн турбинат агаарын хөлгийн түлш	Сейболтын өнгө, балл	MNS ASTM D 156-12:2014
			Механик хольцын хэмжээ, мг/л	MNS ASTM D 5452:2014
			Таст үүсч эхлэх хэм °C	MNS ASTM D 2386:2008
			Дөл үүсэх хэм, °C	MNS 0333:2010
			15°C дахь нягт, г/см ³	MNS ASTM D 4052:2016 MNS 0481-88
			Тортоггүй дөлний өндөр, мм	MNS ISO 3014:2000
			Найруулсан бүрэлдэхүүн, °C	MNS ISO 3405:2012
			100°C дахь зэс хавтгайн туршилт	MNS ISO 2160:2005
			Бодит давирхайн хэмжээ	MNS 0477:1996
			Устай харилцан үйлчлэл	MNS ASTM D 1094:2004
			Механик хольц, мг/л	MNS ASTM D 2276:06-2014
			Цахилгаан дамжуулах чанар	MNS ASTM D 2624:2008
			Ус ялгаруулах чанар	MNS ASTM D 3948-13:2014
			260°C дахь дулааны исэлдлийн тогтворжилт	MNS GOSTR 52954:2023
			Усны хэмжээ, мл	MNS 6941:2021 5.3.4

0		1	2	3	
1	Химийн шинжилгээ	ТС-1, тийрэлтэт хөдөлгүүрийн түлш	Механик хольцын хэмжээ, мг/л	MNS ASTM D 5452:2014	
			Талст үүсч эхлэх хэм, °C	MNS ASTM D 2386:2008	
			Дөл үүсэх хэм, °C	MNS 0333:2010	
			20°C дахь нягт, г/см³	MNS ASTM D 4052:2016 MNS 0481-88	
			20°C дахь кинематик зууралдлага, мм³/с	MNS 0480:1983 MNS ASTM D 445:2014	
			100°C дахь зэс хавтгайн туршилт	MNS ISO 2160:2005, MNS 0326:1985	
			Механик хольц /өнгөний арга/	MNS ASTM D 2276:06-2014	
			Усанд уусдаг хүчил, шүлт	MNS 0324:2010	
			Хүчиллэг чанар, хүчлийн тоо, мг КОН/100см³	MNS 0334:1996	
			Цахилгаан дамжуулах чанар, пСм/м³	MNS ASTM D 2624:2008	
			260°C дулааны исэлтийн тогтворжилт, nm	MNS GOST R 52954:2023	
			Бодит давирхай н хэмжээ, мг/100см³	MNS 0477:1996	
			Устай харилцан үйлчлэл, балл	MNS ASTM D 1094:2004	
			Найруулсан бүрэлдэхүүн, °C	Буцалж эхлэх	MNS ISO 3405:2012
				10% нэрэгдэх	
				50% нэрэгдэх	
				90% нэрэгдэх	
Буцалж дуусах					
Тортоггүй дөлний өндөр	MNS ISO 3014:2000				
Усны хэмжээ, мл	MNS 6941:2021 5.3.4				